

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»  
ФГУП «УНИИМ»

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний  
Аттестат аккредитации № RA.RU.430158 от 20.07.2016

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о качестве испытаний по результатам раунда МСИ 222-ОСВ-2/2017 схемы проведения межлабораторных сличительных испытаний  
по измерению освещенности рабочей поверхности

#### Полное наименование лаборатории юридического лица:

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Диагностика»

Аттестат аккредитации № RA.RU.210T02

#### Адрес лаборатории:

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

#### Код участника: ОСВ.05

Обозначение образца для МСИ: ОК 222-ОСВ-2/2017-8

Контролируемый показатель	Освещенность рабочей поверхности, лк
Приписанное значение, X	480,0
Расширенная неопределенность приписанного значения	5,1
Обозначение методики измерений	МУК 4.3.2812-10
Результат измерений, x	487
Расширенная неопределенность результата измерений	45,1
Критерий оценки, число En	0,2
Вывод о качестве результата измерения	Удовл.

Качество результатов измерений оценено в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528-2010 по числу En

Руководитель провайдера МСИ

Ю.С. Бессонов

Координатор раунда МСИ

М.В. Котов

Дата оформления

20.11.2017



Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ (ФГУП «УНИИМ»)

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
Аттестат аккредитации № RA.RU.430158 от 20.07.2016 г.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ  
2017 год

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной  
ответственностью «Диагностика»

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

В 2017 г. лаборатория приняла участие в раунде МСИ 222-ОСВ-2/2017 схемы  
проведения межлабораторных сличительных испытаний по измерению  
освещенности рабочей поверхности

Руководитель провайдера МСИ



Ю.С. Бессонов



**УНИИМ**  
**МСИ**

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4  
Тел/факс: (343) 355-39-86  
E-mail: [msi@uniim.ru](mailto:msi@uniim.ru)